

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Hiện nay, Bệnh viện Đặng Văn Ngũ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung cấp hàng hóa tại Bệnh viện Đặng Văn Ngũ với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đặng Văn Ngũ
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: BS. Phùng Xuân Hách, chuyên viên phòng Kế hoạch tài chính – Bệnh viện Đặng Văn Ngũ; Số điện thoại: 0987530349.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch tài chính Bệnh viện Đặng Văn Ngũ số 245 đường Lương Thế Vinh phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
 - Nhận qua email: khtc.dvn@gmail.com.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 02 tháng 11 năm đến trước 17h ngày 10 tháng 11 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 13 tháng 11 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Theo phụ lục đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Website của Bệnh viện (để công khai);
- Lưu: VT, KHTC.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


Trần Quang Phục

Phụ lục: Danh mục dịch vụ
(Kèm theo Thông báo số 249/TB-BV ngày 03 tháng 11 năm 2023
của Bệnh viện Đặng Văn Ngữ)

STT	Danh mục	Tính năng, thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Tủ mát	<ul style="list-style-type: none">- Dung tích sử dụng: 960 lít- Công suất tiêu thụ theo TCVN: 5.7 KWh/ngày- Số cửa: 2 cánh- Số ngăn: 1 ngăn mát- Nhiệt độ ngăn mát (độ C): 0 -10 °C- Công nghệ tích hợp: đôi lưu cưỡng bức- Chất liệu dàn lạnh: Đồng- Chất liệu lòng tủ: Nhôm sơn tĩnh điện- Chất liệu kính: Công nghệ kính Low-E- Tiện ích: Nút điều khiển nhiệt độ bên ngoài tủ, đèn LED, khóa cửa tủ, cửa kính, lỗ thoát nước, bánh xe- Loại Gas: R134A- Bảo hành: 24 tháng	01	Chiếc
2	Nhiệt ẩm kế	<p>Máy đo độ ẩm mini</p> <ul style="list-style-type: none">- Kích thước khoảng: 10 x 15 cm (Đường kính x Chiều cao).- Phạm vi đo nhiệt độ: -30 ~ 50 độ C (-20 ~ 120 °F).- Độ chính xác: +/- 2 độ C- Phạm vi đo độ ẩm: 10 ~ 100% rh- Độ chính xác: +/- 5% rh (40 ~ 70% rh).- Bảo hành 12 tháng	05	Cái

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**


Trần Quang Phục